

質疑回答書

件名：ME機器管理システム更新業務

No.	文書	項目	質疑	回答
1	別紙1.システム機能要件	3-1-5	パソコン1台でサーバー機能、管理機能、貸出返却機能が使用できるスタンドアロン構成も可能であること、は今回のクラサバ構成に加えてスタンドアロン運用もできないといけなんでしょうか？	クライアントサーバー型構成のため、本要件のスタンドアロン構成は非必須とします。
2	別紙1.システム機能要件	3-2-3	職員IDを引数で頂けますでしょうか？シングルサインオンする際の仕様をご教示頂けますでしょうか？	exe、bat等の起動ファイルパスやURLに対して、職員IDを引数として渡します。
3	別紙1.システム機能要件	3-3-1	インフォメーションとして記されている要件は、システムとして確認ができればよいでしょうか？また、終業未点検機器は弊社でいう、点検待ちになるのですが、その理解で良いでしょうか？	インフォメーションとして記されている要件は、システムとして確認できる箇所があれば構いません。また、終業未点検は必ずしも同じ文言である必要はありません。同じ意味合いであれば点検待ちでも構いません。
4	別紙1.システム機能要件	3-3-4	終業未点検という管理ではなく、点検待ちという管理となりますがよろしいでしょうか？また記載の要件において表示項目上全て満たすことが必要でしょうか？	No.3と同様、同じ意味合いであれば点検待ちでも構いません。また、表示項目については機器名、型式、シリアル、点検予定日が分かれば他は必須ではありません。
5	別紙1.システム機能要件	3-4-1	MEDISのデータベースはユーザー準備でしょうか？ベンダー準備でしょうか？	ユーザー（当院）で準備します。
6	別紙1.システム機能要件	3-4-19	電子カルテLAN接続のため、インターネットへ出れないと理解しておりますが、必要な要件でしょうか？	ご質問のとおり、電子カルテ系とインターネット系はネットワーク分離されており、本要件は非必須とします。
7	別紙1.システム機能要件	3-5-8	機器の貸出予約は病棟の電子カルテ端末からできる機能で良いでしょうか？	お見込みのとおりです。
8	別紙1.システム機能要件	3-6-10	2つの点検項目ではなく、範囲の判定で良いでしょうか？	範囲の判定で構いません。
9	別紙1.システム機能要件	3-11-2	NFCはFelicaカードになると思われますが、Felicaカードの仕様の開示は行って頂けるのでしょうか？開示していただかないとどの桁数が職員IDは判断ができないと思います。また、電子カルテの職員ID、職員カードのバーコード、Felicaカードの職員IDは同一の理解でよろしいでしょうか？	Felicaカードの仕様は開示します。電子カルテの職員IDと職員カードのバーコードは一部職員に置いて不一致の場合があります。また、Felicaカードからは職員IDではなく、カード番号を読み取り、カード番号から別途用意されているマスタから電子カルテの職員IDを検索する仕組みとなります。
10	別紙1.システム機能要件	3-12-1	機器カルテの閲覧の必要性はありますでしょうか？職種で制限を変えるという理解で良いでしょうか？弊社の各部署クライアント機能は、Web機能となりますので、表示形式が異なりますがよろしいでしょうか？	臨床工学技士は閲覧できる必要性がありますが、他職種においては必要性はありません。そのため、職種で制限を変えるという理解で構いません。また、クライアント機能の表示形式は異なっても構いません。
11	別紙1.システム機能要件	3-12-7	3-5-8と同じ機能の理解でよいでしょうか？	同じ機能の理解で構いません。
12	別紙1.システム機能要件	4-1-17	過去の点検履歴の閲覧ですが、点検項目単位で履歴を見ることは可能ですが、画面が切り替えての閲覧となります。閲覧しながら入力要件は必須でしょうか？	少なくとも前回分を閲覧しながらの入力と、画面を切り替える場合も点検項目単位ではなく一覧での履歴閲覧は必須です。
13	別紙1.システム機能要件	5-2	帳票については、Excel出力ができる機能となりますがよろしいでしょうか？弊社のシステムにない項目もありますが、全て合わせる必要がありますでしょうか？	帳票については、Excel出力ができる機能で構いません。また、出力項目についてはカスタマイズ項目を含め、システム内に存在する限りであり、すべて合わせる必要はありません。詳細については導入の打合せにて調整させていただきます。
14	別紙1.システム機能要件	6-1-1	患者基本情報との連携ですが、記載の項目全て連携する必要がありますでしょうか？	患者基本情報は記載項目すべて連携する必要はありません。患者ID、氏名、生年月日、性別は必要最小限とし、他の項目については導入の打合せにて調整させていただきます。
15	別紙1.システム機能要件	7-1-2	既存ベンダーから出力いただければ可能です。特に写真、ドキュメントの出力形式において、移行できる形式（名称、型式、日付など）がわかりますか？	写真はjpg、ドキュメントはpdf形式です。ファイル名は機器名や型式等、入力規則はありません。
16	別紙1.システム機能要件	—	システム機能要件を満たすことができない項目があった場合はどうなりますでしょうか？	基本的にシステム機能要件を満たすシステムをご用意いただく必要があります。契約後に発覚した際には、場合によっては契約解除の可能性もあります。
17	別紙1.システム機能要件	—	システム機能要件によっては、カスタマイズが必要となり、稼働日程については、ME部門様と調整させていただくことでよろしいでしょうか？	契約期間内であれば、稼働日程についてはME部門と調整いただく形で構いません。
18	別紙1.システム機能要件	—	ラックに棚板を設置を予定しておりますが、ラックのメーカーと型式を教えてくださいませんか？	メーカー：富士通、型式：19R-174B2です。

以上