

2023年 8月

高知医療センター LSIメディエンス検査室  
高知県高知市病院企業団立 高知医療センター  
施設長 殿

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会  
代表理事 会長 宮島 喜文

## 2023年度 日臨技臨床検査精度管理調査

# 施設総合評価報告書

本年度サーベイにおける貴施設の評価対象項目に対する結果は、  
以下のとおりです。

分野	評 価 対象数	評価A+B		評価C		評価D	
		件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
臨床化学	70	70	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
免疫血清	20	20	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
微生物	20	20	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
血液	32	32	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般	18	18	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
輸血	36	36	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
遺伝子	6	6	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
計	202	202	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

評価A、もしくは評価Bとなることが望ましい。  
なお、評価対象数には対象外となった項目は含みません。