

## 【機器構成内容】

品名	メーカー	数量
システム9一式	日本ストライカー	1式
(構成内訳)		
システム9 滅菌バッテリーチャージャー 9110-120-000	日本ストライカー	1
システム9 デュアルトリガーロータリーハンドピース 9205-000-000	日本ストライカー	2
システム9 サジタルソーハンドピース 9208-000-000	日本ストライカー	2
システム9 滅菌バッテリー ラージ 9215-000-000	日本ストライカー	6
システム7 インサートトレイ H20cm×W1/2 2本用 7102-452-010	日本ストライカー	1
デュアルトリガー ピンコレット2.0-3.2mm 8203-126-000	日本ストライカー	1
システム6 6.4mmチャックキー付 6203-131-000	日本ストライカー	1
システム6 ASIF アタッチメントラージ 6203-210-000	日本ストライカー	1
システム6 ハドソン改良型トリンクルアタッチメント 6203-135-000	日本ストライカー	1
システム6 A0アタッチメントスモール 6203-110-000	日本ストライカー	1

## 【性能・機能に関する要件】

1 バッテリーはワイヤレス充電が可能なりチウム電池を使用できること。
2 バッテリーシステムで、コードや耐圧ホースがなく、操作性・取り回しが良いこと。
3 トリガーにより、スピード調整でき、術者の求めるパワーが可能であること。
4 手術に必要な不可欠なスピードとトルク・リーマー・ハイトルクと、症例によってパワーを選択できるシステムであること。
5 バッテリーの充電状態や充電回数が表示されることによって、術中のトラブルを防止するための目安となること。
6 高速蒸気（フラッシュオートクレーブ）滅菌：プラズマ滅菌に適合していること。
7 バッテリーについて、廃棄の際分別できる構造であること。