

【機器構成内容】

品名	メーカー	数量
産婦人科内診台 メグジョイEX	アトムメディカル	1式
(構成内容)		
メグジョイEX フルフラット/回転タイプ ローズピンク		1
上肢台メグジョイ		2
クスコ掛け		1
汚水ロート金網		1
股受バンド 2入		1

【性能・機能に関する要件】

1 検診台を最大120°まで回転できること。
2 検診台の座面が43cm以下であること。
3 患者の頭を動かさずに腰部のみを挙上させることができること。
4 支脚器が片脚だけでも動かせること。
5 検診台が自動で動くときに音声で案内できること。
6 フットスイッチがワイヤレスタイプであること。
7 フットスイッチの送光部が3箇所以上あること。
8 フットスイッチが大きく踏みやすいこと。
9 自動で移行する診察体位を2ポジション記憶できること。
10 本体の側面にも操作スイッチがあること。
11 自動動作中でも、容易に緊急停止ができること。
12 マットレスに縫い目がないこと。
13 汚水ロートの出し入れが電動でできること。
14 汚水ロートが患者の昇降時には完全に収納されていること。
15 汚水ロートには防汚加工された金網がついていること。
16 汚水ロートの内角は丸みがあること。
17 電動駆動する部分に一定以上の負荷がかかると、動作が停止すること。
18 座面と腰部の2箇所にディスプレイのシートを敷くことができること。
19 電源パネルにボタンをガードするためのパネルがあること。
20 2年間の延長保証を付けること。
21 納品の際は搬入及び既存機器の搬出を行うこと。