

【機器構成内容】

品名	メーカー	数量
分娩台DG-860	タカラベルモント（株）	1式
（構成内容）		
分娩台DG-860		1

【性能・機能に関する要件】

1. 本体最低位は485mm以下であること。
2. 本機の昇降ストロークは425mm以上を有していること。
3. 本体背もたれ角度は -5° ～ 60° の操作ができること。
4. 本体腰板角度は 0° ～ 13° の操作ができること。
5. 本体脚板は電動開脚機構であること。
6. 本体の色は、ベビーピンクであること。
7. フットスイッチにてプリセット、オートリターン、本体昇降、背もたれ昇降、シート昇降、脚板左右単独開脚、脚板左右同時開閉脚、フロアライトの操作ができること。
8. 本体にサブスイッチを有していること。
9. 怒責グリップとサイドフェンスは本機クッション下に収納できること。
10. 新生児受けは完全収納式であること。