

仕様書（ロボット手術器械用洗浄ラックセット一式）

別紙1

【機器構成内訳】

品名	数量	単位
ロボット手術器械用洗浄ラックセット	1	式
（構成内容）		
大型洗浄装置用ラックセット	1	台
大型洗浄装置用トランスファートローリー	1	台
中型洗浄装置用ラックセット	1	台
中型洗浄装置用トランスファートローリー	1	台

【調達物品の備えるべき技術的要件】

（性能及び機能に関する要件）
1 ロボット手術器械用洗浄ラックは、以下の要件を満たすこと。
1-1 ロボット手術器械用洗浄ラックを大型洗浄装置用に1台、中型洗浄装置用に1台有すること。
1-2 大型洗浄装置用のラックは、米国インテュイティブサージカル社製da Vinciサージカルシステムで使用した器具を一度に8本以上セットできること。
1-3 大型洗浄装置用ロボット手術器械用洗浄ラックは、1枚以上の洗浄プロペラを有し、DINバスケット（幅480mm×奥行250mm×高さ50mm程度）を重ねずに3枚以上搭載できる構造であること。
1-4 中型洗浄装置用のラックは、米国インテュイティブサージカル社製da Vinciサージカルシステムで使用した器具を一度に6本以上セットできること。
1-5 米国インテュイティブサージカル社または、第三者機関による洗浄テストが既存装置で実施されており、認証が得られていること。
1-6 ロボット手術用洗浄ラックの材質は、ステンレス製であること。
1-7 ロボット手術用洗浄ラックの底面には、樹脂のレールを使用していること。
1-8 既存のウォッシャーディスインフェクター（スティールクDS1000GおよびスティールクDS610）に搭載し、洗浄処理が可能であること。
1-9 2項のトランスファートローリーに乗せ、既存の洗浄システムに対応できること。
2 トランスファートローリーは、以下の要件を満たすこと。
2-1 トランスファートローリーを大型洗浄装置用に1台、中型洗浄装置用に1台有すること。
2-2 既存の洗浄装置に接続・固定して使用できること。
2-3 1項のロボット手術器械用洗浄ラックを搭載して移動できること。
2-4 ストッパー付キャスターを2個以上有すること。

2-5 ドレイン用の穴と廃液ボトルを有すること。

(性能・機能以外に関する要件)

3 保守体制・障害支援体制等は、以下の要件を満たすこと。

3-1 納入検査確認後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。

3-2 アフターサービス及びメンテナンス体制が整備されており、故障発生時に迅速な対応ができること。

4 その他、以下の要件を満たすこと。

4-1 導入時、本院職員に対し、使用説明を行うこと。

4-2 操作マニュアルは日本語版を提供すること。