

仕様書（電動ドリルシステム一式）

別紙1

【機器構成内訳】

品名	数量	単位
電動ドリル	1	式
（構成内容）		
電動ドリル本体（コンソール）	1	台
電動ドリル用電源ケーブル	1	本
電動ドリル専用フットスイッチ	1	台
電動ドリル専用ケーブル	2	本
ドリルハンドピース	1	本
ドリルストレートアタッチメント ミディアム	1	本
ドリルストレートアタッチメント ロング	1	本
レシプロケーティングソー	1	本
イリゲーションクリップ ミディアム用	2	本
イリゲーションクリップ ロング用	1	本
イリゲーションポール	1	本
※上記について搬入・取扱説明を含むこと		

【調達物品の備えるべき技術的要件】

（性能及び機能に関する要件）
1 電動ドリル本体（コンソール）
1-1 様々な診療科に対応できる多彩なハンドピースが接続できること。
1-2 アクセル、ブレーキが自由に設定できること。
1-3 駆動源は電動であること場所を選ばないこと。
1-4 負荷がかかってもスピードが落ちない十分なトルクを有すること。
1-5 各部位、術式に応じた回転数を選択できること。
1-6 ハンドピース自動認識システムであること。
1-7 2本のハンドピースが同時に稼働できること。
1-8 術者の好みに応じたユーザーカスタムプログラムを設定できること。

1-9	イリゲーションはオートプライム機能を有すること。
2	ハンドピース
2-1	オートクレーブ滅菌・ステラッド滅菌対応であること。
2-2	耐水性規格はIPX9であること。
2-3	ドリルハンドピースはトルクコントロール機能があること。
2-4	ドリルハンドピースはアングルスクリュードライバーが接続可能であること。
2-5	ドリルハンドピースの回転数が最大50,000回転あること。
2-6	レシプロソーの最高回転数が14,000回転あること。
3	アタッチメント
3-1	アタッチメント本体に専用工具なしでワンタッチ装着ができること。
3-2	ドリルアタッチメントはJノッチ、ストレートシャンクに対応のこと。
3-3	イリゲーションクリップがオプションにて取り付けができること。
3-4	オートクレーブ・ステラッド滅菌対応であること。
4	イリゲーション
4-1	イリゲーションはワンタッチ装着が容易なカセット式であること。
5	その他
5-1	本機器に障害が発生した場合、原則として代替品による迅速な対応が当日または翌日以内に行えること。
5-2	保証は1年有すること。