

仕様書（ドロップインプローブ一式）

別紙1

【機器構成内訳】

品名	数量	単位
ドロップインプローブ	1	式
（構成内容）		
リニアプローブ（術中用/ドロップイン）＜15-3MHz＞	1	式

【調達物品の備えるべき技術的要件】

（性能及び機能に関する要件）
ドロップインプローブは、以下の要件を満たすこと。
1. 電子リニア走査であること。
2. 周波数帯域は15～3MHzであること。
3. 腹腔鏡下で使用されている様々な鉗子で保持することが可能であること。
4. 手術支援用ロボットの鉗子で使用可能な形状であること。
5. 10mmポートに挿入可能であること。
6. 手術室の既存機器（超音波診断装置ARIETTA70）に接続可能であること。