

仕様書（手術室保温庫・保冷库一式）

別紙1

【機器構成内訳】

品名	数量	単位
手術室保温庫・保冷库	1	式
（構成内容）		
手術室保温庫	4	台
手術室保冷库	5	台

【調達物品の備えるべき技術的要件】

（性能及び機能に関する要件）
1 手術室保温庫については以下の要件を満たすこと。
1-1 本病院における手術室内装メーカーが取り扱っている純正品であること。
1-2 本体材質はステンレス製（SUS304または同等以上のもの）であること。
1-3 温度表示はデジタル表示であること。
1-4 設定温度との誤差は $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 以内であること。
1-5 各警報ランプ（高温警報ランプ、異常警報ランプ）を有していること。
1-6 扉にはのぞき窓等外から内容物の確認が出来るような措置がとられていること。
2 手術室保冷库については以下の要件を満たすこと。
2-1 本病院における手術室内装メーカーが取り扱っている純正品であること。
2-2 本体材質はステンレス製（SUS304または同等以上のもの）であること。
2-3 温度表示はデジタル表示であること。
2-4 設定温度との誤差は $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 以内であること。
2-5 UPボタンとDOWNボタンを同時に5秒間押すことで手動霜取りを行うことができること。
2-7 各警報ランプ（高温警報ランプ、異常警報ランプ）を有していること。
2-8 扉にはのぞき窓等外から内容物の確認が出来るような措置がとられていること。

【その他の要件】

1 納品に関しては、搬入及び設置を含むものとする。

2 設置後はコーキング作業を行うこと。

3 既存製品については適正に処分すること。