

仕様書（気管支ビデオスコープ）

別紙1

【機器構成内訳】

品名	数量	単位
気管支ビデオスコープ	1	本

【調達物品の備えるべき技術的要件】

(性能及び機能に関する要件)	
1 気管支ビデオスコープについて以下の要件を満たすこと。	
1-1 操作性	
1-1-1	スコープスイッチを有し、フリーズ、リリース、周辺装置のリモート操作が可能であること。
1-2 観察性能	
1-2-1	操作部にCCDを内蔵したハイブリッド方式を採用したものであること。
1-2-2	1.7mmの鉗子チャンネルを有し、先端外径3.0mmに細径化されたものであること。
1-2-3	挿入部回転機能と湾曲部のアップアングル角度210°を採用したものであること。
1-3 洗浄性	
1-3-1	吸引バルブ、鉗子栓は単回使用であり、消毒・滅菌は不要であること。
1-4 防水性	
1-4-1	ワンタッチコネクターを採用し、防水キャップ着脱が不要で、手軽に洗滌・浸漬消毒が可能であること。