

仕様書（終末蒸気殺菌機）

別紙1

【機器構成内訳】

品名	数量	単位
終末蒸気殺菌機	1	台

【調達物品の備えるべき技術的要件】

(性能及び機能に関する要件)

1 終末蒸気殺菌機については以下の要件を満たすこと。

1-1 外形寸法は、幅700mm×奥行800mm×高さ950mm以下であること。

1-2 本体材質は外装、配管ともにSUS304製であること。

1-3 専用の哺乳瓶コンテナ（24本立）を4台収納し、終末殺菌処理ができること。

1-4 液体温度計により、サンプルミルク温度を計測できること。

1-5 温度、タイマー制御はデジタル表示で液温センサー付であること。

1-6 調乳器具の消毒モードを有していること。

1-7 作業時間短縮のために、余熱モードを有していること。

1-8 設定温度、時間は任意に設定できる機能を有すること。

1-9 空焚き防止をする安全機能を有すること。

1-10 配管は、給水15A、高温排水25Aであること。

1-11 電源は、AC200V 3相 4kW以下であること。

1-12 本装置は、品質保証された「ISO9001」認定取得工場にて製造された装置であること。

【その他の要件】

1 納品に関しては、搬入及び設置を含むものとする。

2 設置後はコーキング作業を行うこと。

3 既存製品については適正に処分すること。