

仕様書（ユニチップ圧力トランスデューサー）

別紙1

【機器構成内訳】

品名	数量	単位
ユニチップ圧力トランスデューサー	1	本

【調達物品の備えるべき技術的要件】

(性能及び機能に関する要件)

- 1 圧力センターは12chであること。
- 2 センサーは一体型で構成されていること。
- 3 高い耐久性を有し、洗浄・消毒工程において長期使用が可能であること。
- 4 外径12Frのセンサー一体型カテーテルであること。
- 5 カテーテル素材はポリウレタンとすること。
- 6 センサーライプは全周性であり、センサー間隔8mm、外径5.3mm、有効長約9cmを持つこと。
- 7 圧力測定方式はマイクロバルーン方式とすること。