

【機器構成内訳】		
品名	数量	単位
眼球運動検査装置	1	式
【構成内容】		
ゴーグル	1	台
解析ソフトウェア	1	個
汎用画像診断ワークステーション	1	個
専用PC	1	台
レーザー指標掲示装置	1	台
モバイルスタンド	1	台
搬入設置費用	1	式

【調達物品の備えるべき技術的要件】

(眼球運動検査装置に関する要件)
1 眼球運動検査装置については、以下の要件を満たすこと。
1-1 赤外線CCDカメラを有したゴーグルを用いて眼球運動の観察、記録解析が可能であること。
1-2 ゴーグルには赤外線CCDカメラが両眼に搭載されていること。
1-3 自発眼振検査、注視眼振検査、頭位眼振検査、頭位変換眼振検査、視標追跡検査、急速眼球運動検査、視運動性眼振検査、温度刺激検査が検査できること。
1-4 ゴーグルは遮光カバーの脱着ができ、暗所と明所の切替を容易に行うことができること。
1-5 ゴーグルカメラで取得した眼球画像データをリアルタイムで波形表示する機能を有すること。
1-6 取得データのリアルタイム解析とオフライン解析が可能であること。
1-7 視標提示用モニターを有していること。
(搬入、設置工事、調整、稼働テストに関する要件)
2 搬入、設置工事、調整、稼働テストに関しては、以下の要件を満たすこと。
2-1 設置工事等の実施にあたっては設置担当者とあらかじめ打ち合わせのうえ実施すること。
2-2 搬入、設置のためのルート確保、養生等は納入業者が実施すること。

2-3 設置場所は現場担当者が指定した場所とすること。
2-4 搬入、設置工事等の期間中、これらの作業に起因して病院運営業務に支障がでないよう必要な措置を講じること。
2-5 搬入、搬出に伴う費用は納入業者の負担とすること。
(保守体制等に関する要件)
3 保守体制等については、以下の要件を満たすこと。
3-1 納入後1年間は、通常の使用で故障した場合の無償修理に応じること。
3-2 本システムの運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
3-3 納品後のサポートサービスを履行すること。
(取り扱い説明、教育訓練、その他に関する要件)
4 取り扱い説明、教育訓練、その他については、以下の要件を満たすこと。
4-1 取り扱い説明に関する導入時の教育訓練を当院担当職員に対して十分に行うこと。教育訓練の実施に関する日程調整や回数については、現場担当者との協議のうえ決定すること。
4-2 当院が必要と認めた時は、追加の教育訓練を納入後1年間は無償で行うこと。
4-3 日本語による取扱説明書を提出すること。また簡易マニュアルについても提出すること。
4-4 病院内での停電時における電源復旧マニュアルを提出すること。
4-5 本システム導入に伴い、医療法や電波法等で届出が必要な場合、届出書類に関する資料を提出し、必要届出のサポートを行うこと。
(その他特記事項に関する要件)
5 その他特記事項
5-1 納入品については全て新品（リファービッシュ品は不可）であること。
5-2 納入品については搬入、据付および調整を行うこと。
5-3 納入後1年以内に機能向上があった場合は、当院担当職員との協議のうえ、導入を検討すること。
5-4 仕様の細部についてはすべて当院の承認および指示をうけること。
5-5 その他定めのない事項については、当院担当職員との協議のうえ、その指示に従うこと。