

【機器構成内訳】		
品名	数量	単位
気管支ファイバービデオスコープ	1	台
【構成内容】		
気管支ファイバービデオスコープ	1	台

【調達物品の備えるべき技術的要件】

（操作性等に関する要件）
1 操作性等については、以下の要件を満たすこと。
1-1 操作部には4つのスコープスイッチを有し、フリーズ、リリース、周辺装置のリモート操作が可能であること。
1-2 ワンタッチコネクタを採用し、検査セットアップと検査後のスコープ取り扱いが容易であること。
1-3 操作部の鉗子口にCHサイズを明記、適切な処置具が確認しやすいこと。
（観察性能に関する要件）
2 観察性能については、以下の要件を満たすこと。
2-1 ゴーグルは遮光カバーの脱着ができ、暗所と明所の切替を容易に行うことができること。
2-2 操作部にCCDを内蔵したハイブリッド方式であること。
2-3 1.7mmの鉗子サイズを備えていること。
2-4 先端部外形が3.0mmであること。
2-5 挿入部回転機能を有すること。
2-6 湾曲部のアップアングル角度が210° であること。
（洗浄・消毒・滅菌に関する要件）
3 洗浄・消毒・滅菌については、以下の要件を満たすこと。
3-1 内視鏡洗浄消毒装置でのスコープ情報読み取りに必要なスコープタグ機能をスコープコネクタ部に内蔵していること。
3-2 吸引バルブ、鉗子栓は単回使用であり、消毒・滅菌は不要であること。

3-3	ワンタッチコネクターにより、水没を回避しながら手軽に洗浄・浸漬消毒が可能であること。
	(搬入、設置工事、調整、稼働テストに関する要件)
4	搬入、設置工事、調整、稼働テストに関しては、以下の要件を満たすこと。
4-1	設置工事等の実施にあたっては設置担当者とあらかじめ打ち合わせのうえ実施すること。
4-2	搬入、設置のためのルート確保、養生等は納入業者が実施すること。
4-3	設置場所は現場担当者が指定した場所とすること。
4-4	搬入、設置工事等の期間中、これらの作業に起因して病院運営業務に支障がでないよう必要な措置を講じること。
4-5	搬入、搬出に伴う費用は納入業者の負担とすること。
	(保守体制等に関する要件)
5	保守体制等については、以下の要件を満たすこと。
5-1	納入後1年間は、通常の使用で故障した場合の無償修理に応じること。
5-2	本システムの運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
5-3	納品後のサポートサービスを履行すること。
	(取り扱い説明、教育訓練、その他に関する要件)
6	取り扱い説明、教育訓練、その他については、以下の要件を満たすこと。
6-1	取り扱い説明に関する導入時の教育訓練を当院担当職員に対して十分に行うこと。教育訓練の実施に関する日程調整や回数については、現場担当者と協議のうえ決定すること。
6-2	当院が必要と認めた時は、追加の教育訓練を納入後1年間は無償で行うこと。
6-3	日本語による取扱説明書を提出すること。また簡易マニュアルについても提出すること。
6-4	病院内での停電時における電源復旧マニュアルを提出すること。
6-5	本システム導入に伴い、医療法や電波法等で届出が必要な場合、届出書類に関する資料を提出し、必要届出のサポートを行うこと。
	(その他特記事項に関する要件)
7	その他特記事項

7-1 納入品については全て新品（リファーマビッシュ品は不可）であること。

7-2 納入品については搬入、据付および調整を行うこと。

7-3 納入後1年以内に機能向上があった場合は、当院担当職員と協議のうえ、導入を検討すること。

7-4 仕様の細部についてはすべて当院の承認および指示をうけること。

7-5 その他定めのない事項については、当院担当職員と協議のうえ、その指示に従うこと。